

## 适用范围

### 人流手术

- 孕10周以内

特别适用于：葡萄胎、稽留流产二次清宫、胎盘残留、带环受孕疤痕子宫等高危人流

### 简易宫腔检查

- 子宫内膜息肉
- 子宫粘膜下肌瘤
- 功能失调性子宫出血
- 宫内节育环定位等




## 宫腔观察手术系统

- 数字化影像系统不失真、抗干扰，显示更清晰
- 特有的图像处理功能，出血时也能清晰呈现
- 图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、鼠标采集图像
- 全程图像监视，定位更精准、手术更安全
- 多种数据接口，方便学术交流

## 一次性使用可视流产吸引管

- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 全程图像监视，安全手术
- 无需膨宫，手术简单
- 超微数字化摄像头，图像采集清晰，视野范围大



## 市场背景

### 中国式“人工流产”数量大

中国每年人工流产多达1500万人次。超过20%的人曾非意愿妊娠，其中高达91%的人非意愿妊娠诉诸流产。


### 流产低龄化，再生育需求高

我国每年流产总数中，25岁以下的女性约占一半以上。

## 临床效果



未孕



已孕



术后

## 宫腔观察手术系统 一次性使用可视流产吸引管

注册证编号: 浙械注准20182060431  
注册证编号: 国械注准20193180246

